

仕 様 書

1 件名

体表面温度スクリーニング機器の購入

2 品名・規格及び数量等

項 目	内 容	
品 名	体表面温度スクリーニング機器	
数 量	20 台	
規 格 仕 様	規格	JSK-NON-T5 ※ 同等品可
	測定人数	1 人
	測定距離	3 cm～10cm
	測定速度	1.0 秒程度
	測定誤差	±0.3℃
	動作環境	-20℃～55℃
	電気供給	DC12V
機 能	① あらかじめ設定した以上の温度を検知した場合、即座に音声アラートにて監視者に通知できること。 ② 測定結果をデジタル画面に表示できること。 ③ 機器に触れることなく、手のひらをかざすことで検温できること。 ④ 屋外での利用が可能であること。	
その他	① 氷点下での設置導入実績がある製品であること。 ② 同等品による見積書の提出を希望する者は、令和4(2022)年1月11日正午までに「同等品承認申請書」を提出すること。 ③ 製品の性能確認を行うため、同等品を希望する場合は、同等品承認申請書の提出期限までに県実行委員会にデモ機を持参すること（デモ機の持参が困難な場合は、別途県実行委員会まで連絡すること）。	

3 納入期限

令和4(2022)年1月19日(水)

4 納入場所

〒320-8501 栃木県宇都宮市埴田1丁目1番20号
いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局
(栃木県国体・障害者スポーツ大会局競技式典課内)

5 その他

- (1) 納品、検査日時、場所等の契約履行上の打ち合わせ事項については、必ず発注者と協議すること。
- (2) 搬入時(梱包を解いた時点)までに破損したものについては、速やかに交換すること。
- (3) 納品に係る諸費用(配送等)は、全て本契約に含むこと。
- (4) 梱包資材は、回収し適正に処分すること。
- (5) 修理や故障等の問い合わせに速やかに対応できること。
- (6) 本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、発注者と協議の上決定すること。